

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後下記の期間内に故障した場合には無償修理または交換いたします。

AED本体	ご購入日より5年
-------	----------

なお、本保証書は本製品のハードウェアに関する保証のみであり、以下の事項については保証の責任は負いません。

- 本製品に付随する、または運用の結果もたらされるいかなる損害、損失。

- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、AED カスタマーサポートセンターまたは、取扱店へご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - 使用上の誤りおよび不当な分解、修理や改造による故障および損傷。
 - 転倒、操作上のミス、誤用など使用者の責任とみなされる故障および破損。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および破損。
 - 品質保証書の提示がない場合。
 - 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、取扱店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 消耗部品。
 - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
 - 適切な保守点検を怠った使用によるもの。
 - 当社または当社の指定した業者以外による据付、移設、保守および修理によるもの。
 - シリアル番号がはがれている、擦り切れている、書き換えられている、またはその他の手段によって読めない状態にされている場合。
 - 本体および付属品が指定範囲外の温度で使用または保管された場合。
 - 承認されていない方法または不適切な機器を使用してテストされた場合。*
- 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがって保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

* 業界標準のシミュレーターやマネキンを使用するテストは行わないでください。本製品は、心室細動（VF）の検出基準の1つとして心拍変動を使用するアルゴリズムを採用しているため、シミュレーターによるテストは推奨しません。